LABORATORY CONTROL SAMPLE EVALUATION REPORT

GC/MS Volatiles

Client Lot #...: E2H120198 **Work Order #...:** E6DPM1AC **Matrix.....:** WATER
LCS Lot-Sample#: E2H130000-307
Prep Date.....: 08/12/02 **Analysis Date..:** 08/12/02
Prep Batch #...: 2225307 **Analysis Time..:** 16:55
Dilution Factor: 1 **Instrument ID..:** MSC
Analyst ID.....: 004648

PARAMETER	PERCENT RECOVERY	RECOVERY LIMITS	METHOD
Benzene	**102**	**(75 - 120)**	**SW846 8260B**
Chlorobenzene	**102**	**(75 - 120)**	**SW846 8260B**
1,1-Dichloroethene	**108**	**(70 - 140)**	**SW846 8260B**
Toluene	**101**	**(75 - 125)**	**SW846 8260B**
Trichloroethene	**110**	**(70 - 130)**	**SW846 8260B**

SURROGATE	PERCENT RECOVERY	RECOVERY LIMITS
Bromofluorobenzene	99	(75 - 130)
1,2-Dichloroethane-d4	100	(65 - 135)
Toluene-d8	98	(80 - 130)

NOTE(S):

Calculations are performed before rounding to avoid round-off errors in calculated results.

Bold print denotes control parameters