MILBANK MFG.
WASTEWATER TREATMENT PLANT
PH CALIBRATION/READING
LOG SHEET

DATE	TIME	BUFFER CHANGED ? (Y OR N) PH 4.00	PH 7.00	PH 10.00	PROBE LOCATION	PROBE CLEANED ? (Y OR N)	PH READING	INITIALS	COMMENTS / MAINTENANCE
10-03	8:00	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 3.99-4.00 PH-10-9.99- 10.00
10-03	8:00	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4-3.97-3.99 PH-10-9.97- 9.99
10-03	3:00	Y		Y	Final	Y	9.58	SLL	PH-4-3.99 PH-10-9.98
10-04	6:30	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 -4.01-4.02 PH-10-9.97
10-04	6:30	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 3.97-4.01 PH-10 9.97-9.98
10-04	9:00	Y		Y	Final	Y	9.51	SLL	PH-4 3.98 PH-10-9.97
10-05	6:30	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4-3.98-4.01 PH-10 9.99-9.98
10-05	6:30	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4-4.00-4.02 PH-10 9.97-9.99
10-05	8:00	Y		Y	Final	Y	9.53	SLL	PH-4-3.98 PH-10-9.99
10-06	7:00	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 -4.00-4.01 PH-10 9.98-9.99
10-06	7:00	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 4.01-4.02 PH-10 9.97-9.99
10-06	9:30	Y		Y	Final	Y	9.54	SLL	PH-4 3.98 PH-10 9.98
10-10	8:00	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4-4.00-4.02 PH-10 9.99-9.98
10-10	8:00	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4-4.01-4.02 PH-10 9.97-9.99
10-10	2:30	Y		Y	Final	Y	9.58	SLL	PH-4-3.98 PH-10-9.98
10-11	7:00	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 4.00-4.01 PH-10 9.98-9.99
10-11	7:00	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 4.00-4.02 PH-10 9.98-10.00
10-11	9:00	Y		Y	Final	Y	9.62	SLL	PH-4-4.01 PH-10 9.98
10-12	6:30	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4-3.99-4.00 PH-10-9.99-10.01
10-12	6:30	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4-4.00-4.02 PH-10-9.97-9.99
10-12	9:00	Y		Y	Final	Y	9.65	SLL	PH-4 4.01 PH-10-9.98
10-13	7:00	Y		Y	Nuet 1	Y	4+10	SLL	PH-4-3.98-4.01 PH-10-9.99-10.00
10-13	7:00	Y		Y	Nuet 2	Y	4+10	SLL	PH-4-3.98-3.99 PH-10-9.97-9.98
10-13	9:00				Final	Y	9.66	SLL	PH-4-3.98 PH-10-4.02
10-17	12:45	Y		Y	NUET 1	Y	4+10	RDG	
10-17	12:45	Y		Y	NUET 2	Y	4+10	RDG	
10-17	—	—		—	FINAL	—	—	RDG	NO PH READING/NO OVERFLOW

MIL0002438

MILBANK MFG.
WASTEWATER TREATMENT PLANT
PH CALIBRATION/READING
LOG SHEET

DATE	TIME	BUFFER CHANGED? (Y OR N) PH 4.00	PH 7.00	PH 10.00	PROBE LOCATION	PROBE CLEANED? (Y OR N)	PH READING	INITIALS	COMMENTS / MAINTENANCE
10-18-00	6:30	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00 - 4.02 PH-10 9.97-9.99
10-18-00	6:30	Y		Y	Nult2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.01 - 4.03 - PH-10 - 9.98-9.99
10-18-00	8:30	Y		Y	Final	Y	9.59	SLL	PH-4 - 4.00 PH-10 9.98
10-19-00	6:30	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 3.98-4.00 PH-10 9.98-10.01
10-19-00	6:30	Y		Y	Nuet2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.01 - 4.02 PH-10 - 9.98 - 10.00
10-19-00	7:20	Y		Y	Final	Y	9.56	SLL	PH-4 - 3.99 PH-10 - 9.98
10-20-00	6:30	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 4.01 - 4.03 PH-10 - 9.97-10.00
10-20-00	6:30	Y		Y	Nult2	Y	4+10	SLL	PH-4 4.00 - 4.02 PH-10 - 9.97-9.98
10-20-00	8:00	Y		Y	Final	Y	9.57	SLL	PH-4 3.98 PH-10 - 9.98
10-24-00	11:00	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 3.99-4.00 PH-10 10.00-10.01
10-24-00	11:00	Y		Y	Nuet2	Y	4+10	SLL	PH-4 4.00-4.02 PH-10 9.97-9.99
10-25-00	7:00	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 3.98-3.99 PH-10 9.97
10-25-00	7:00	Y		Y	Nuet2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00 PH-10 9.99-10.01
10-25-00	9:30	Y		Y	Final	Y	9.54	SLL	PH-4 - 4.00 PH-10 9.98
10-26-00	6:30	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 3.98-4.00 PH-10 9.98-9.99
10-26-00	6:30	Y		Y	Nuet2	Y	4+10	SLL	PH-4 4.01-4.03 PH-10 - 9.98-10.00
10-26-00	8:45	Y		Y	Final	Y	9.56	SLL	PH-4 4.00 PH-10 - 9.98
10-27-00	7:00	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00-4.01 PH-10 9.99-10.01
10-27-00	7:00	Y		Y	Nuet2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00-4.03 PH-10 - 9.97-9.99
10-27-00	9:30	Y		Y	Final	Y	9.58	SLL	PH-4 - 3.98 PH-10 9.99
10-31-00	10:00	Y		Y	Nuet1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.01 - 4.03 PH-10 - 9.97-9.99
10-31-00	10:00	Y		Y	Nuet2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.01 - 4.02 PH-10 - 9.98-9.99
10-31-00	2:30	Y		Y	Final	Y	9.53	SLL	PH-4 - 4.01 PH-10 9.99

MIL0002440