MILBANK MFG.
WASTEWATER TREATMENT PLANT
PH CALIBRATION/READING
LOG SHEET

DATE	TIME	BUFFER CHANGED? (Y OR N) PH 4.00	PH 7.00	PH 10.00	PROBE LOCATION	PROBE CLEANED? (Y OR N)	PH READING	INITIALS	COMMENTS / MAINTENANCE
9-5-00	11:30	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.01 PH-10 - 9.98 - 9.99
9-5-00	11:30	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.03 PH-10 9.98 - 10.00
9-5-00	11:30	N/A		N/A	Final	N/A	—	Slh	Clarifier & final DP tank empty) no overflow
9-6-00	6:30	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 3.98 - 4.00 . PH-10 - 9.97 . 9.99
9-6-00	6:30	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH 4 - 3.97 - 3.99 - 4.00 PH-10 9.98 9.99 - 9.97
9-6-00	9:15	Y		Y	Final	Y	9.44	Slh	PH-4 - 3.99 PH-10 - 9.98
9-7-00	6:45	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 3.98 - 3.99 - 4.00 PH-10 - 9.98 - 10.00
9-7-00	6:45	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.01 - 4.03 PH-10 9.97 - 9.98
9-7-00	6:45 11:30	Y		Y	Final	Y	9.51	Slh	PH-4 - 3.97 PH-10 - 9.98
9-8-00	7:30	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 3.98 - 4.00 PH-10 - 9.98 . 9.99
9-8-00	7:30	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 3.98 - 4.00 PH-10 - 9.99 - 10.01
9-8-00	11:10	Y		Y	Final	Y	9.53	Slh	PH-4 - 4.01 PH-10 9.98
9-12-00	12:30	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.00 - 4.02 . PH-10 9.97 - 9.98
9-12-00	12:30	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 3.98 - 4.00 PH-10 9.97 - 9.98
9-12-00	12:30	N/A		N/A	Final	N/A	—	Slh	Clarifier & final DP tank empty unable to take PH Reading
9-13-00	7:00	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.02 PH-10 - 9.98
9-13-00	7:00	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.00 . 4.02 PH-10 - 9.97
9-13-00	10:30	Y		Y	Final	Y	9.79	Slh	PH-4 - 4.00 PH-10 . 9.98
9-14-00	7:00	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 - 3.99 - 4.00 PH-10 9.99 - 10.01
9-14-00	7:00	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 3.98 - 4.01 PH-10 9.98 - 9.99
9-14-00	10:00	Y		Y	Final	Y	9.54	Slh	PH-4 - 4.01 PH-10 9.98
9-15-00	7:30	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH4 - 3.98 PH-10 - 9.98 . 9.99
9-15-00	7:30	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH4 - 3.98 - 3.99 - 4.01 PH-10 9.97 - 9.98
9-15-00	9:30	Y		Y	Final	Y	9.46	Slh	PH4 - 3.98 PH-10 - 9.98
9-19-00	10:30	Y		Y	Quet 1	Y	4+10	Slh	PH-4 4.00 - 4.01 PH-10 - 9.99 - 10.00
9-19-00	10:30	Y		Y	Quet 2	Y	4+10	Slh	PH-4 - 4.01 - 4.02 PH-10 - 9.97 - 9.96

MIL0002455

MILBANK MFG.
WASTEWATER TREATMENT PLANT
PH CALIBRATION/READING
LOG SHEET

DATE	TIME	BUFFER CHANGED ? (Y OR N) PH 4.00	PH 7.00	PH 10.00	PROBE LOCATION	PROBE CLEANED ? (Y OR N)	PH READING	INITIALS	COMMENTS / MAINTENANCE
9-19-00	10:30	N/A		N/A	Final	N/A	N/A	SLL	Clarifier + final Obs tank Empty
9-20-00	6:30	Y		Y	Inlet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 3.97-3.98 PH-10 9.97-9.98
9-20-00	6:30	Y		Y	Inlet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 3.99-4.01 PH-10-9.98-9.97
9-20-00	10:30	Y		Y	Final	Y	9.54	SLL	PH-4 -3.98 PH-10 9.98
9-21-00	6:30	Y		Y	Inlet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.02 PH-10 - 9.99
9-21-00	6:30	Y		Y	Inlet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 -3.99-4.01 PH-10 - 9.98-9.99
9-21-00	9:00	Y		Y	Final	Y	9.50	SLL	PH-4 - 4.02 PH-10 9.99
9-26-00	10:30	Y		Y	Inlet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00 PH-10 9.98-9.99
9-26-00	10:30	Y		Y	Inlet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 -4.01-4.02 PH-10 9.98-9.99
9-26-00	N/A	N/A		N/A	Final	N/A	N/A	SLL	Clarifier + final Obs tank empty
9-27-00	6:45	Y		Y	Inlet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00 PH-10 - 9.97-9.99
9-27-00	6:45	Y		Y	Inlet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 4.00 PH-10 9.99-10.00
9-27-00	1:30	Y		Y	Final	Y	9.69	SLL	PH-4 3.99 PH-10 9.98
9-28-00	6:30	Y		Y	Inlet 1	Y	4+10	SLL	PH-4 -3.97-3.98 PH-10-9.97-9.98
9-28-00	6:30	Y		Y	Inlet 2	Y	4+10	SLL	PH-4 - 3.98-3.99 PH-10 9.98-9.99
9-28-00		Y		Y	Final	Y	9.76	SLL	PH-4 - 3.98 PH-10 9.99

MIL00002457