LaPlace Chloroprene Air Sampling

Date:			Set Up			Collection			
Location	Canister ID	Flow Controller ID	Date	Time (HRS)	Pres. ("Hg)	Date	Time (HRS)	Pres. ("Hg)	Comments
E. St. John HS	SAT 166	PR-18	4/25/17	1254	>30" Hg	4/26/17	1300	-10.5" Hg	Serial# A6711
Ochsners	5075	PR-10 ~~PR-5~~ (1)	4/25/17	1302	-27" Hg	4/26/17	1307	-4.5" Hg	" 0090529 (1)
Acorn and Hwy 44	SAT 108	PR-19	4/25/17	1310	>30" Hg	4/26/17	1316	-7" Hg	" A6519
Levee	5141	PR-23	4/25/17	1314	>30" Hg	4/26/17	1319	-9" Hg	" 0090683
5th Ward Elementary	5004	PR-24	4/25/17	1318	>30" Hg	4/26/17	1321	-7" Hg	" 0090538
238 Chad Baker	SAT092	PR-8	4/25/17	1322	>30" Hg	4/26/17	1326	-7" Hg	A6511
E. St. John HS	5149	PR-2	4/25/17	1254	>30" Hg	4/26/17	1300	0" Hg	090663

Notes: (1) Replaced Flow Controller PR-5 with PR-10 - Passed Leak Test

(2) All Canisters & Flow Controller Passed Leak Test

(3) Weather 4/25/17 Sunny 79°F High 82 Wind S @ 10 mph

Forecast 4/26/17 86° 10% chance of Rain Wind S to SSE @ 15 mph