LaPlace Chloroprene Air Sampling

Date:			Set Up			Timer Setting				Collection			
Location	Canister ID	Flow Controller ID	Date	Time	Pres.	Start		Finish		Date	Time	Pres.	Comments
						Date	Time	Date	Time				
E. St. John HS	19650	PR-5	6/14/16	1305	-30" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1307	-8" Hg	PASS LEAK CHECK
Schsners	3256	PR-18	6/14/16	1310	-30" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1313	-6" Hg	PASS LEAK CHECK
Acorn and Hwy 44	A21107	PR-10	6/14/16	1320	-30" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1324	-8" Hg	PASS LEAK CHECK
Levee	18826	PR-19	6/14/16	1327	-30" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1330	-8" Hg	PASS LEAK CHECK
5th Ward Elementary	SAT127	PR-2	6/14/16	1331	-30" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1334	-12" Hg	PASS LEAK CHECK
238 Chad Baker	5046	PR ~~15~~ 20	6/14/16	1335	-29" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1339	-7" Hg	PASS LC* ~~FAIL LEAK CHECK~~ DB
E. ST. JOHN HS	19661	PR-7	6/14/16	1306	-30" Hg	—	—	—	—	6/15/16	1307	-9" Hg	PASS LEAK CHECK
						—	—	—	—				

Notes: ~~PR 15 failed leak check 5" Hg over 1 min~~ DB* switched out PR, PASSED LC → for 238 Chad Baker

Winds -