LaPlace Chloroprene Air Sampling

Date:			Set Up			Collection				
Location	Canister ID	Flow Controller ID	Date	Time (HRS)	Pres. ("Hg)	Date	Time (HRS)	Pres. ("Hg)	Comments	
E. St. John HS	SAT 112	PR-2	5/1/17	1259	-28" Hg	5/2/17	1309	0" Hg	S/N# A6682	1
Ochsners	5086	PR-18	5/1/17	1307	>-30" Hg	5/2/17	1315	-9" Hg	S/N# 090563	3
Acorn and Hwy 44	A21101	PR-19	5/1/17	1319	>-30" Hg	5/2/17	1328	-16" Hg	S/N# 10962	2
Levee	SAT 141	PR-23	5/1/17	1324	>-30" Hg	5/2/17	1333	-8" Hg	S/N# A 6654	2
5th Ward Elementary	SAT050	PR-10	5/1/17	1328	>-30" Hg	5/2/17	1336	-7" Hg	S/N# A6554	2
238 Chad Baker	5 116	PR-8	5/1/17	1333	>-30" Hg	5/2/17	1341	-8" Hg	S/N# 090704	2
OCHSNERS	SAT 105	PR-5	5/1/17	1307	>-30" Hg	5/2/17	1315	-6" Hg	S/N# A6523	2

Notes: (1) FLOW CONTROLLER PR-24 FAILED LEAK TEST. REPLACED WITH PR-2 WHICH PASSED

(2) ALL FLOW CONTROLLERS & CANISTERS PASSED LEAK TESTS

(3) 5/1/17 WEATHER 78° F SUNNY - WIND WNW @ 6 MPH - FORECAST WIND TO SHIFT TO SW @ ≈ 9 PM.