# LaPlace Chloroprene Air Sampling

| Date: | | | Set Up | | | Collection | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Canister ID | Flow Controller ID | Date | Time (Hrs) | Pres. ("Hg) | Date | Time (Hrs) | Pres. ("Hg) | Comments |
| E. St. John HS | SAT162 | PR-8 | 2/14/18 | 1328 | >30 | 2/15/18 | 1332 | 8.5 | |
| Ochsners | 18871 | PR-23 | | 1338 | | 2/15/18 | 1338 | 7.0 | |
| Acorn and Hwy 44 | 19640 | PR-18 | | 1344 | | | 1344 | 8.0 | |
| Levee | A21034 | PR-15 | | 1349 | | | 1349 | 7.5 | |
| 5th Ward Elementary | 19340 | PR-12 | | 1354 | | | 1354 | 8.5 | |
| 238 Chad Baker | 5026 | PR-24 | | 1357 | | | 1357 | 9.0 | |
| E. St. John HS | A21033 | PR-22 | 2/14/18 | 1328 | >30 | 2/15/18 | 1332 | 8.0 | |
| | | | | | | | | | |

Notes: SAMPLERS - JEFF WITHOUT

ALL FLOW CONTROLLERS & CANISTERS PASS LEAK TEST

WEATHER - PARTLY CLOUDY 79°F, WIND SSE @ 5-10 MPH

FORECAST TO SHIFT TO SOUTH.