LaPlace Chloroprene Air Sampling

Date: 9/4/17			Set Up			Collection			
Location	Canister ID	Flow Controller ID	Date	Time (Hrs)	Pres. ("Hg)	Date	Time (Hrs)	Pres. ("Hg)	Comments
E. St. John HS	A21052	PR-8	9/4/17	1207	>30"	9/5/17	1228	-7.5"	
Ochsners	A21088	PR-23		1213	>30"		1233	-8"	
Acorn and Hwy 44	A22328	PR-18		1223	>30"		1240	-7.5"	
Levee	A21002	PR-2		1227	>30"		1246	-1"	
5th Ward Elementary	19288	PR-21		1231	>30"		1253	-7.5"	
238 Chad Baker	5044	PR-15		1237	>30"				N/A - Malfunction
5TH Ward Elem	5062	PR-24	9/4/17	1231	>30"		1253	-6.5"	

Notes: ① Sampler Jeff Wright

② All Canisters + Flow Controllers Passed Leak Test

③ Weather - 87°F Partly Cloudy Wind East @ 5 mph